



የኢትዮጵያ የምግብ፣ የመድኃኒትና የጤና ክብካቤ
አስተዳደርና ቁጥጥር ባለሥልጣን

FOOD MEDICINE AND HEALTH CARE ADMINISTRATION
AND CONTROL AUTHORITY OF ETHIOPIA

የኮሮና ቫይረስ ግብአት አምራች፣ አስመጪና አከፋፋይ ድርጅት የብቃት ማረጋገጫ
የምስክር ወረቀት አሰጣጥ ጊዜያዊ መመሪያ

ሚያዝያ 2012 ዓ/ም

አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ



መግቢያ

የኮሮና ቫይረስ በአለም አቀፍና በሀገረ ደረጃ እየተሰራጨ ያለና በአለም አቀፍ ጤና ተቋም በወረርሽኝ ደረጃ የተፈረጀ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን ይህ በሽታ ህብረተሰቡ ላይ የበለጠ አደጋ ከማድረሱ በፊት አስቀድሞ መከላከል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የኮሮና ቫይረስ ግብዓቶች ለማምረት፣ ለማስመጣትና ለማከፋፈል የሚፈልግ አካል ቁጥጥር የተቀላጠፈና ህብረተሰቡ በቀላሉ ምርቶቹን በገበያ ላይ በበቂ አቅርቦት እንዲያገኝ ለማድረግ የቁጥጥር ሂደቱ ቀልጣፋ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የኮሮና ቫይረስ ግብዓቶች የማምረት፣ ማስመጣት፣ በጅምላ የማከፋፈል ተግባር አግባብነት ባለፈ ባለሙያ ኃላፊነት እንዲከናወን ማድረግ ተገቢ በመሆኑ፤

ጥራቱ፣ ደህንነቱና ውጤታማነቱ የተጠበቀ የኮሮና ቫይረስ ግብዓት ለገበያ እንዲቀርብ በማድረግ የህብረተሰቡን ጤና ማስጠበቅ በማስፈለጉ፤

የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን በምግብና መድኃኒት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 1112/2011 አንቀጽ 71(2) መሰረት ይህን ጊዜያዊ የአሰራር መመሪያን አውጥቷል፡፡



3. የተፈጻሚነት ወሰን

ይህ ጊዜያዊ የአሰራር መመሪያ አዲስ ለሚቋቋሙ እና ነባር ክልል ተሻጋሪ የሆነ የኮሮና ቫይረስ ግብዓት አምራች እና ጅምላ አከፋፋይ እንዲሁም አስመጪ ተቋማት ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።

ክፍል ሁለት

የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት

4. የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት አሰጣጥ

- 1) የኮሮና ቫይረስ ግብዓት አምራች፣ አስመጪና አከፋፋይ ወደ ስራ ከመግባቱ በፊት ከባለስልጣን ጊዜያዊ የብቃት ማረጋገጫ ማግኘት ይኖርበታል።
- 2) ማንኛውም ሰው ጊዜያዊ የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ለማግኘት ከዚህ በታች የተዘረዘሩ መስፈርቶችን ማሟላት አለበት።
 - ሀ) ማመልከቻ በባለስልጣን በተዘጋጀ ቅፅ ተሞልቶ እና/ወይም በጽሁፍ ማቅረብ፤
 - ለ) አስፈላጊውን የአገልግሎት ክፍያዎች መክፈል፤ እና
 - ሐ) ህጋዊ መስፈርት ያሟላ የቤት ኪራይ ውል ማቅረብ አለበት።
- 3) ማመልከቻው ተሟልቶ ከቀረብ አመልካቹ ባመለከተ በሁለት ቀን ጊዜ ውስጥ ድርጅቱ ከሁለት እስከ ሶስት አባላት ባሉት የባለስልጣን ተቆጣጣሪዎች እንዲታይ ይደረጋል።
- 4) ማመልከቻው ተሟልቶ ካልቀረብ አመልካቹ በድጋሚ ሊያመለክት ይችላል።
- 5) ድርጅቱ ከተቀመጠውን መስፈርት ቢያንስ ዝቅተኛውን ማሟላት አለማሟላቱ በባለስልጣን ተቆጣጣሪዎች ይረጋገጣል።
- 6) አመልካቹ ዝቅተኛ መስፈርት ካሟላ እንዲያሟላ የሚጠይቅ የጽሁፍ ግብረ መልስ በባለስልጣን በተቆጣጣሪዎች በኢንሰፔክሽን ወቅት ይሰጣል።
- 7) የኢንሰፔክሽን ሪፖርቱ ከድርጅቱ ማመልከቻ ጋር ተያይዞ መቅረብ አለበት።



- 3) ማንኛውም የኮሮና ቫይረስ ግብዓት ንግድ ተቋም ለአሰራሩ የሚያስፈልጉ ግብዓቶች ማለትም መደርደሪያ ወይም ፓሌት እና ሌሎች የምርቱን ጥራት ለማስጠበቅ የሚያስፈልጉ ግብዓቶች ሊኖሩት ይገባል።
- 4) ማንኛውም የኮሮና ቫይረስ ግብዓት ንግድ ተቋም ለማከማቻ የሚውል ቢያንስ 20 ካ.ሜ ስፋት ያለው መጋዘን ሊኖረው ይገባል።
- 5) ማንኛውም የኮሮና ቫይረስ ግብዓት ንግድ ተቋም ቢሮዎችን ለማከማቻነት አገልግሎት መጠቀም አይችልም።

ክፍል አራት
ስለ ባለሙያ

7. የኮሮና ቫይረስ ግብዓት ንግድ ተቋም ባለሙያ

ማንኛውም ሰው በባለሙያ ስም ፈቃድ ማውጣት የሚችለው የሚከተሉትን ሁኔታዎች አሟልቶ ሲገኝ ይሆናል፡-

- 1) የኮሮና ቫይረስ ግብዓት ንግድ ስራ ላይ ለመሰማራት በቴክኒክ ኃላፊነት የሚመራው ባለሙያ የዲግሪ ምሩቅ የሆነ የጤና ባለሙያ፣ ባይሎጂስት፣ ኬሚስት፣ ኬሚካል ኢንጂነየር ሆኖ በሙያውም ዜሮ ዓመትና ከዚያ በላይ የስራ ልምድ ያለው መሆን አለበት።
- 2) የዚህ አንቀፅ ንኡስ-አንቀጽ (1) እንደተጠበቀ ሆኖ ድርጅቱ አምራች ከሆነ የአምራች ክፍል ሃላፊና የጥራት ምርመራ ክፍል ኃላፊ ሊኖረው ይገባል።
- 3) የዚህ አንቀፅ ንኡስ-አንቀጽ (1, 2) እንደተጠበቀ ሆኖ ድርጅቱ አስመጪ ከሆነ ለዚህ አገልግሎት ሲባል ከላይ የተዘረዘሩት ሙያዎች አንዱን በቴክኒካል ማኔጀርነት የሚመራው ሲሆን የመጋዘን ኃላፊነትም በዚህ ባለሙያ የሚሸፈን ይሆናል።



11. የእጅ ማፅጃ ሳኒታይዘር አምራች

ማንኛውም የኮሮና ቫይረስ መከላከያ የእጅ ማፅጃ ሳኒታይዘር አምራች የምርቱን ጥራት የማረጋገጥ ወይም የጥራት ማረጋገጫ ሰነድ የማቅረብ ሀላፊነት አለበት።

12. የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ፣ የክሊኒካል ክብካቤ (Clinical Care equipment) እና ሌሎች ግብአቶች አምራች እና አስመጪ

- 1) ማንኛውም የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያና የክሊኒካል ክብካቤ ግብአት አምራች የምርቱ ጥራት የሚያረጋግጥ CE ሰርተፊኬት ወይም US FDA approval certificate ወይም WHO prequalification certificate ማቅረብ ይኖርበታል።
- 2) ማንኛውም አምራች የምርቱን ጥራት የሚያረጋግጥበት መንገድ ሊኖረው ይገባል። የቀረበው የጥራት መረጃን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ድርጅቱ በሚያመለክትበት ወቅት የምርቱን ስፔሲፊኬሽን ማቅረብ ይኖርበታል።
- 3) በዚህ መመሪያ የተቀመጠውን የባለሙያ፣ ዲዛይንና አስፈላጊ ግቦዎች መስፈርቶች ካሟሉ የብቃት ማረጋገጫ የሚሰጣቸው ይሆናል።
- 4) ማንኛውም የኮሮና ቫይረስ ግብአት አስመጪ በክፍል 3 እና 4 የተቀመጡትን መስፈርቶች ካሟላ ብቃት ማረጋገጫ የሚሰጠው ይሆናል።

ክፍል ስድስት
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

13. አስተዳደራዊ እርምጃ

ማንኛውም በኮሮና ቫይረስ ግብዓት ንግድ ሥራ ላይ የተሰማራ ሰው ባለስልጣን የዚህን መመሪያ ድንጋጌዎች ጥሶ ሲገኝ ጊዜያዊ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀቱ እስከ ስድስት ወር ለሚደርስ ጊዜ ሊታገድ ይችላል።



14. ደረጃ ስለማሟላት

- 1) ማንኛውም የእጅ ማፅጃ ሳኒታይዘር አምራች ምርቱን በሚያመርትበት ወቅት የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ ያፀደቀውን የማምረቻ ዘዴ/መስፈርት መጠቀም ይኖርበታል።
- 2) የእጅ ማፅጃ ሳኒታይዘር ምርቶቹ ከተመረቱ በኋላ ወዴት እንደተሰራጩ የሚያሳዩ መረጃዎችን ለባለስልጣኑ ማቅረብ ይኖርበታል።

15. የመመሪያው ተፈጻሚነት

- 1) ይህ መመሪያ ከሚያዝያ 05 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናል።
- 2) የዚህ አንቀጽ ንዑስ-አንቀጽ (1) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ይህ ጊዜያዊ መመሪያ የኮሮና ቫይረስ በቁጥጥር ስር እስኪገባ ድረስና መንግስት አዲስ መረጃ በኮሮና ቫይረስ ዙሪያ እስኪያወጣ ድረስ ተግባራዊ ሆኖ የሚቆይ ሲሆን የበሽታውን ስርጭት በተመለከተ መንግስት አሳሳቢ አይደለም ብሎ ሲያውጅ ጊዜያዊ የብቃት ማረጋገጫ የወሰደ ድርጅት እንዲመልስ የሚደረግ ሆኖ በዚህ ስራ ዘርፍ መቀጠል የሚፈልግ ሰው በባለስልጣኑ ለዚህ አገልግሎት ተብሎ የተዘጋጀ መመሪያ ማሟላትና ወደ ስራ መግባት ይኖርበታል።

ሄራን ገርባ

የኢትዮጵያ የምግብና መድኃኒት ባለስልጣን

ዋና ዳይሬክተር



Annex 1: Technical description and specifications of COVID19 medical products

Item	Technical description and specifications	Reference Standard
Alcohol-based hand rub solution	<p>Health facility Alcohol based hand rub preparation operating procedure approved by MOH-Ethiopia</p> <p>Hand rub formulations containing 75% iso-propanol or 80%As ethanol.</p>	<p>per the specification</p>
Disinfectant for surfaces	<p>Polyester with PVC coating or 100% PVC or 100% rubber. Waterproof.</p> <p>Minimum basis weight: 250g/m². Adjustable neck strap (reusable).</p>	<p>As per the specification</p>
hypo-chlorite solution	<p>Sodium Dichloroisocyanurate (NaDCC), granules, 1kg, 65 toAs 70% + dosage spoon</p>	<p>per the specification</p>



0.05% (regular cleaning) or 0.5% (disinfection of spill)	
Face shields	Made of clear plastic and provides good visibility to both the wearer and the patient, Adjustable and to attach firmly around the head and fit snugly against the forehead, Fog resistant As per the spec
Gloves, non-sterile	powder-free Freedom from Hole ASTM D3578-05:2015
	surgical, powder-free, single use. Freedom from hole and Sterility test should be included as one parameter. ASTM D3578-05:2015
	Good seal with the skin of the face, Flexible PVC frame to easily fit with all face contours with even pressure, Enclose eyes



	<p>and the surrounding areas, Accommodate wearers with prescription glasses, Clear plastic lens with fog and scratch resistant</p> <p>treatments, Adjustable band to secure firmly so as not to become loose during clinical activity, Indirect venting to avoid fogging, May be re-usable (provided appropriate arrangements for decontamination are in place) or disposable.</p>	
<p>Goggles</p>	<p>Single use, fluid resistant, disposable, length mid-calf to cover the top of the boots, light colours preferable to better detect possible contamination, thumb/finger loops or elastic cuff to anchor sleeves in place.</p> <p>Option 1: fluid penetration resistant</p> <p>Option 2: blood borne pathogens penetration resistant</p>	<p>EN 13795 high performanceor equivalent</p>
<p>Shoe Cover</p>	<p>Made from 25-40 g/m² Medical Grade PP, Non-woven,</p>	<p>As per the spec</p>



	Water and dust proof ,disposable, Non-skidding soles	
Surgical mask	Breathability not greater than 5mmHg filtration efficiency not less than 95% Breathability not greater than 5mmHg filtration efficiency not less than 95% , Good design that does not collapse against the mouth (e.g. US duckbill, cup shaped	EN 14683 annex C, or equivalent US NIOSH, or "FFP2"or equivalent
Respirator (N95 / FFP2)		
Surgical N95-Respirator	In addition, for N95 respirator sterility test is required	ISO11737-1
Diagnostic Equipment	WHO recommended evidence of use in the country of origin and approval by the Regulatory Authority of the country of origin.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Lab screening test kit 	

Respirator (N95 / FFP2)

Surgical N95-Respirator

Diagnostic Equipment

- Lab screening test kit



<ul style="list-style-type: none"> • Lab confirmation test kit • RT-PCR kit • Extraction kit • Cartridges for RT-PCR automatic systems • Swab and Viral transport medium • And other diagnostics for COVID-19 	<p>N.B. the list of Diagnostic items will be updated based on the future health sector need, but the above requirements are applicable as required.</p>	
<p>Critical Care equipment</p>	<p>CE certificate or US FDA approval or WHO prequalification or emergency use Authorization(evidence of use)</p>	



- Pulse oximeter
- Concentrator O2, 10L, 230V, 50 Hz + acc.
- Nasal oxygen cannula, with prongs,
- Ventilator patient, for adult, pediatric w/acc.
- IR Thermometer
- CPAP, with tubing and patient interfaces for adult and pediatric, w/acc.
- Suction pump, mechanical
- High-flow nasal cannula (HFNC) w/acc
- And other clinical care equipment

N.B. the list of Diagnostic items will be updated based on the future health sector need, but the above requirements are applicable as required.

